

## Az elektrosebészeti beavatkozások

Nagyfrekvenciás sebészeti vágókészülékkel, elektrokauterrel végzett sebészeti eljárásokat értjük alatta. Az elektrokauter működésére jellemző, hogy az elektromos áram hatására a szövetek vágására, elpárologtatására vagy koagulálására alkalmas hő fejlődik.

A készülék az alábbi típusú bőrelváltozások, bőrnövedékek pontos eltávolítására használható:

- angiómák (érsnyajjegyek),
- vírusos szemölcsök,
- fibromák,
- hajszálértágulatok,
- seborrhoeás keratosisok.

A beavatkozás ambuláns ellátás keretében, (szükség esetén) helyi érzéstelenítéssel történik

Az elektrokauter alkalmazása szabályozott szövet-összehúzóást, valamint hatékony vérzés-csillapítást tesz lehetővé. Így a szikével végzett beavatkozáshoz képest kevesebb vérzéssel jár, mivel a vágási felületen az eszköz hatására a hajszálerek elzáródnak. További előnye, hogy precíz, pontos munka végezhető vele, a bőr csak minimális szöveti sérülést szenved. A beavatkozást követően, az elváltozás helyén apró pörk keletkezik, mely néhány nap alatt nyomtalanul gyógyul, a hegeképződés mértéke pedig minimális.

